


Bedienelement der Artromot S3 Schulterbewegungsschiene

Einstellen der Schiene auf den Patienten:

- 1.) Menü drücken
- 2.) Linken, oberen Knopf drücken
- 3.) + Taste gedrückt halten, bis ein leichtes Ziehen oder eine leichte Spannung im Gelenk auftritt.
- 4.) Zum Speichern, Start drücken.
- 5.) Zum starten des Trainings, erneut Start drücken
- 6.) Tägliche Anwendung: siehe OP Bericht





Zentrale Auftragsannahme CPM-Bewegungsschienen

Mail: cpm@sh-weinmann.de

Fax: **07161/1569-122**

Nach Ende der Mietzeit werden wir Sie telefonisch kontaktieren und einen Rückholtermin mit Ihnen vereinbaren. **Bei einer Verlängerung schicken Sie uns bitte rechtzeitig eine E-Mail und die neue Verordnung.** Danke!

Wir bitten sie diese Kurzanleitung bei Rückgabe wieder mit abzugeben.